

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	IT_SST_3001
	TRABAJO EN LABORATORIO	REV. : 02
		FECHA : 03/10/2012
		Página : 1 DE 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Trabajos de laboratorio referentes a analíticas de control de proceso y análisis de vertidos propias del Área del Ciclo Integral del Agua de Calvià 2000 y de Instalaciones Deportivas Ayuntamiento (aguas de piscinas y duchas municipales), Medio Ambiente Ayuntamiento (aguas recreativas, playas y duchas), Vías y Obras del Ayuntamiento, así como el autocontrol de las aguas potables distribuidas a los ciudadanos del municipio de Calvià, y cualquier otro servicio analítico relacionado con la responsabilidad municipal.

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Edificio de control (zona de laboratorio).

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

- Riesgo de caída a mismo nivel.
- Proyección de fragmentos o partículas (rotura de material de vidrio)
- Contactos térmicos.
- Incendios / explosión.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Exposición a contaminantes biológicos y químicos.
- Riesgo eléctrico.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES.

	Prohibido fumar		Prohibido comer y beber
	Manipulación del laboratorio sólo por personal autorizado.		
	Utilizar guantes de látex durante la ejecución de reactivos y manipulación de reactivos. Utilizar guantes térmicos para la manipulación de objetos o superficies calientes.		
	Utilizar ropa de trabajo adecuada para trabajar en el laboratorio.		
	Usar protección visual tipo gafas o pantalla facial en tareas con riesgo de proyección de partículas y para evitar riesgos biológicos y contactos con sustancias corrosivas.		
	Utilizar calzado antideslizante.		

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>
FECHA : 03/10/2012	FECHA : 03/10/2012	FECHA : 03/10/2012

#

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra en la Intranet de CALVIA 2000. El Departamento de Organización y Sistemas distribuye informáticamente a través de la Intranet los documentos del Sistema de Gestión a todas las personas afectadas por el mismo. Existe una única copia en formato digital autorizada y controlada en poder del Departamento de Organización y Sistemas. Cualquier documento en papel se considerará como copia no controlada.

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	IT_SST_3001
	TRABAJO EN LABORATORIO	REV. : 02
		FECHA : 03/10/2012
		Página : 2 DE 2

	En caso de contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, etc. usar el lavaojos y las duchas.
	El <i>laboratorio de microbiología</i> es un área de nivel de contención tipo 2, por lo que queda terminantemente prohibido el acceso a personal NO autorizado.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

	Seguir instrucciones y recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos utilizados y atender al etiquetado de los envases. Seguir cada una de las Normas de Prevención establecidas en el documento AX_LA_0003-A NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL LABORATORIO
	Las operaciones y ensayos susceptibles de provocar emanación de gases se realizarán siempre en el interior de la campana de gases.
	La manipulación de la maquinaria y mecanismos eléctricos será realizada por personal autorizado.

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	22/10/2009	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.
02	03/10/2012	Nadal Tortella	Adaptar codificación a Prevención Riesgos Laborales